

Số: /BVN-KHTH&ĐD

Đà Lạt, ngày tháng 7 năm 2024

V/v Yêu cầu báo giá sửa chữa  
máy ly tâm dung tích lớn 2-16P,  
máy xét nghiệm nước tiểu TC 101

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa máy ly tâm dung tích lớn 2-16P,  
máy xét nghiệm nước tiểu TC 101

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **“Cung cấp dịch vụ sửa chữa máy ly tâm dung tích lớn 2-16P, máy xét nghiệm nước tiểu TC 101 tại khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng”** với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

### **2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Họ và tên: Đặng Trần Phúc; Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng.

- Số điện thoại: 0396.456.118; Địa chỉ email: dangphuc1080@gmail.com.

### **3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (gồm báo giá + hồ sơ năng lực nhà thầu, **tất cả cho vào phong bì được dán niêm phong**).

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ 8h00 ngày 19 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 28 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2024.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá**

Danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Phụ lục 1 đính kèm.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, KHTH&ĐD.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Thiên**

**PHỤ LỤC 1. DANH MỤC DỊCH VỤ**

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa máy ly tâm dung tích lớn 2-16P - Hãng sản xuất: Sigma Laborzentrifunger - Nước sản xuất: Đức - SN: 179535 - Năm đưa vào sử dụng: 2022	- Sửa chữa để máy hoạt động bình thường: Sửa chữa máy ly tâm dung tích lớn 2-16P + Hãng sản xuất: Sigma Laborzentrifunger + Nước sản xuất: Đức + SN: 179535 - Hiện trạng máy: không đóng kín được nắp, bộ khoá cài cửa nắp máy bị vênh	Lần	1	Khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Địa chỉ: 57 Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
2	Sửa chữa máy xét nghiệm nước tiểu TC 101 - Hãng sản xuất: Teco Diagnostics - Nước sản xuất: Mỹ - SN: T10260807 - Năm đưa vào sử dụng: 2017	- Sửa chữa để máy hoạt động bình thường: Sửa chữa máy xét nghiệm nước tiểu TC 101 + Hãng sản xuất: Teco Diagnostics + Nước sản xuất: Mỹ + SN: T10260807 - Hiện trạng máy: Máy bị hỏng phím “▼”, không phản hồi chức năng	Lần	1	Khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Địa chỉ: 57 Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng